

	महाराष्ट्र शासन GRANT GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE & SIR J.J. GROUP OF HOSPITALS, MUMBAI (GOVERNMENT OF MAHARASHTRA) ग्रॅन्ट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर ज.जी. समुह रुग्णालय, मुंबई-४००००८ TEL.NO.373 55 55, 373 1144 ; FAX NO.373 55 99; E-MAIL - admofficerggmc@gmail.com	
---	---	---

क्र.ग्रॅशावैममुं/खरेदी/२०२५-२६/जेनेटिक लॅव/०३/३४६४/२०२५

दि.: ०८/०८/२०२५

प्रति,

विषय :- ग्रॅन्ट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अखत्यारीतील शरिररचनाशास्त्र विभागातील प्रयोगशाळेकरीता आवश्यक यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची खरेदी करणेबाबत.

- संदर्भ :- १) उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाचे शा.नि.क्र.संकीर्ण-२०१६/ प्र.क्र.२१५/उद्योग दिनांक २४ ऑगस्ट २०१७
- २) उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाचे शा.नि.क्र.भाखंस-२०२१/ प्र.क्र.८/उद्योग-४ दिनांक ०७ मे २०२१

ग्रॅन्ट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अखत्यारीतील शरिररचना शास्त्र विभागात जेनेटिक प्रयोगशाळा सुरु करण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रयोगशाळा परिपूर्ण असण्याच्या दृष्टिने विभागात उपलब्ध असलेल्या यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री व्यतिरिक्त अजून काही यंत्रसामुग्रीची आवश्यकता आहे. प्राध्यपक व विभागप्रमुख शरिररचनाशास्त्र विभाग, ग्रॅशावैम, मुंबई यांनी रुग्णहितासह विद्यार्थी हिताच्या दृष्टिने जेनेटिक प्रयोगशाळेकरीता आवश्यक यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीच्या दृष्टिने विभागाकरीता यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीकरीता मागणीपत्रासह विनिर्दिष्ट प्रमाणित करुण या कार्यालयास सादर केली आहेत.

उक्त प्रयोगशाळेत आवश्यक यंत्रसामुग्री खरेदी करीता दरपत्रके मागविण्यात येत आहे. सदर दरपत्रक प्रक्रियेत भाग घेण्यास आपण इच्छुक असल्यास दरपत्रकाचा अनु. क्रमांक व तारीख आणि विषय उल्लेखित केलेल्या मोहरबंद लिफाफ्यात पूर्ण भरलेले दरपत्रक अधिष्ठाता, ग्रॅन्ट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मुंबई यांच्या नावे प्रशासकीय कार्यालयात दिनांक १६/०८/२०२५ रोजी दुपारी ४.०० वाजे पर्यंत स्विकारले जातील.

अनु. क्र.	आवश्यक साहित्य	आवश्यक नग	विनिर्दिष्टे
०१	Hot Plate	०१	सोबत जोडण्यात आली आहे.
०२	Water Bath	०१	
०३	Suction Machine	०१	
०४	Digital Balance	०१	
०५	Autoclave	०१	

अटी व शर्ती

- प्रत्येक पुरवठादारास केवळ एक दरपत्रक सादर करता येईल. सदरील दरपत्रक अधिकृत लेटरहेड वर सादर करावेत. त्यासोबत व्यवसाय नोंदणी प्रमाणपत्र, जी.एस.टी. प्रमाणपत्र, पॅन कार्ड कंपनीचे प्राधिकृत माहिती पत्रक (कॅटलॉग) इत्यादी छायांकीत प्रतीत सादर करावे.
- दर पत्रकात आकारण्यात आलेले दर हे बाजारभावाच्या अधिन राहून असावेत.

- ३) प्रत्येक पुरवठादार केवळ एकच दरपत्रक सादर करू शकतो.
- ४) न्युनतम दर प्राप्त पुरवठादाराच्या नावे खरेदी आदेश निर्गमित करण्यात येतील.
- ५) दरपत्रकात नमूद विनिर्दिष्टांप्रमाणे यंत्रसामुग्री/साधनसामुग्री व उपकरणांचा पुरवठा करणे बंधनकारक असेल.
- ६) कोणतेही एक अथवा सर्व दरपत्रके नाकारण्याचा, संपुर्ण दरपत्रक प्रक्रिया पूर्णपणे किंवा दरपत्रक स्वीकृतीच्या कोणत्याही टप्प्यावर कारण न देता थांबविण्याचा किंवा रद्द करण्याचा, तसेच दिलेले कार्यादेश रद्द करण्याचा अधिकार अधिष्ठाता, ग्रॅन्ट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मुंबई यांना असेल.
- ७) सविस्तर अटी व शर्ती वाचून दरपत्रक भरण्यात यावे.
- ८) वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्र.संकीर्ण२०१८/प्र.क्र.१४४/२०१८/कोषा प्रशा-५ दिनांक २८ सप्टेंबर २०१८ अन्वये २ % TDS लागू असल्यास देयकातून नियमानुसार वजा करण्यात येईल.
- ९) यंत्र सामुग्रीचे प्रात्यक्षिक (Demo) देणे आवश्यक आहे.



डॉ. अजय भंडारवार,
अधिष्ठाता,

ग्रॅन्ट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मुंबई
अधिष्ठाता,

ग्रॅन्ट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मुंबई

- प्रत :- १) प्राध्यापक व विभागप्रमुख, शरीररचनाशास्त्र विभाग, ग्रॅन्ट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मुंबई
- २) रोखपाल, ग्रॅन्ट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मुंबई

Specification for Suction Machine

Technical specification

- Vacuum: 550 mmhg(+/-10mmhg)
- Flow rate: 20 Lpm
- Motor: 0.25hp
- Suction pump: oil free, continuous duty
- Vacuum gauge: 0-760 mmhg/0-0.095 kpa
- Suction tubing: 2 meters Medical grade silicon
- Fully ANTI-RUST ABS BODY including handle
- Input Power supply: 220V, single Phase AC
- Total suction jar capacity : 1250ml

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials followed by a horizontal line.

Specifications for Autoclave

Technical specification

- Working pressure upto 15 PSI
- Power supply: 230 Volts
- A.C. 50 Hz Single phase
- Double walled construction fully made of stainless steel 304 IQ
- Electrically operated supplied with two safety valves, pressure gauge, steam release valve, drain valve at bottom
- Fitted with jointless Silicon Rubber Gasket
- I.S.I approved heating elements
- Size: 30X30 Cm
- Capacity: 20 ltrs
- KW: 2kw
- Dressing drum: 27.5cm diameter:27.5 height: 22.5cm
- Digital temperature controller cum indicator with timer
- Low water level cut off



Specification for water bath

Technical specification

- Double walled construction
- Fully made up of stainless steel 304
- Inner mirror finished and exterior matt finish
- Gap between the two walls filled with glass wool insulation to avoid heat loss
- Heating is by specially designed immersion type water heater
- Microprocessor based auto tune PID digital temperature controller
- Simplex A class transition joint PT 100 Sensor
- Perforated heater cover
- Temperature range: ambient+ 5° centigrade above to 99.9° centigrade
- rating 1 kw with false perforated bottom
- Size: 12x10x6 inches
- Digital display



Specification for Digital Balance

Technical specification

- Parameters: 500gm/0.001gm display LED
- Power: AC 220 Volts
- Windshield: yes
- Adaptor included: yes
- Calibration: external
- SS tray: yes
- Certification: ISO
- Platform size: 90mm

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'D' followed by a long horizontal stroke.

Specification for Hot Plate

Technical specification

- Body made up of MAS S.S
- Top plate over hands supporting by ceramic beads which ensures air insulation between plate and base unit
- Maximum surface temperature: 300° centigrade
- Temperature controlled by energy regulator
- Long lasting nichrome elements
- Size: 10x12 inches rectangular

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'D' followed by a horizontal line and a small flourish.